

| EU Declaration of Conformity | | en | | EU – Prohlášení o shodě | | cs | |
|--|--|---|------------------|--|--|---|--|
| Type: | HERMLE laboratory centrifuge with accessories acc. to IVDR - product class "A" Modeli Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | | Type: | Laboratorní centrifuga příslušenství v ceně HERMLE; podle IVDR - třída výrobků "A" Modely Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | |
| Manufacturer: | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Germany SRN: DE-MF-000024779 | | | Výrobce: | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Německo SRN: DE-MF-000024779 | | |
| The object of the declaration described above is in conformity with the following Union Harmonisation legislations and standards or normative documents: | | | | Za toto prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce. Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s těmito harmonizačními právními předpisy a normami Unie nebo normativními dokumenty: | | | |
| Marking | Harmonisation legislation | Harmonized standards / Normative documents | | Značka | Harmonizační právní předpisy | Harmonizované normy / Normativní dokumenty | |
| CE | IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU MD: 2006/42/EG RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | CE | IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | |
| | Place: 78564 Wehingen, Germany | | Date: 2024-09-12 | | Valid until: 2025-12-31 | Místo: 78564 Wehingen, Německo | |

| Déclaration de conformité UE | | fr | | EU-overensstemmelseserklæring | | da | |
|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--|
| Type : | Centrifugeuse de laboratoire accessoires inclus HERMLE; selon IVDR - classe de produit "A" Modèles Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | | Type: | HERMLE laboratoriecentrifuge tilbehør inkluderet i henhold til IVDR - produktklasse "A" Modeller Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | |
| Fabricant : | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Allemagne SRN : DE-MF-000024779 | | | Producent: | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Tyskland SRN: DE-MF-000024779 | | |
| Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant. L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme aux Harmonisation legislations, normes et documents européens suivants: | | | | Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar. Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med følgende EU-harmoniseringslovgivning og -standarder eller normative dokumenter: | | | |
| Marquage | Législation sur l'harmonisation | Harmonisation des normes / Documents normatifs | | Mærkning | Harmoniseringslovgivning | Harmoniserede standarder / Normative dokumenter | |
| CE | IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | CE | IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | |
| | Lieu : 78564 Wehingen, Allemagne | | Delivré le : 2024-09-12 | | Valable jusqu'à: 2025-12-31 | Sted: 78564 Wehingen, Tyskland | |

| EU-Konformitätserklärung | | de | | Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ | | el | |
|--|--|---|-------------------------|--|--|---|--|
| Type: | HERMLE Laborzentrifuge inklusive Zubehör; nach IVDR - Produktklasse "A" Modelle Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | | Τύπος: | Εργαστηριακή φυγόκεντρος HERMLE συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων. σύμφωνα με το IVDR - κατηγορία προϊόντων "Α" Μοντέλα Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | |
| Hersteller: | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Deutschland SRN: DE-MF-000024779 | | | Κατασκευαστής: | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Γερμανία SRN: DE-MF-000024779 | | |
| Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung. Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften und -normen der Union bzw. normativen Dokumenten: | | | | Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες ενωσιακές νομοθεσίες και πρότυπα εναρμόνισης ή κανονιστικά έγγραφα: | | | |
| Kennzeichnung | Harmonisierung der Rechtsvorschriften | Harmonisierte Normen / Vorschriften | | Σήμανση | Νομοθεσία εναρμόνισης | Εναρμονισμένα πρότυπα / Κανονιστικά έγγραφα | |
| CE | IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMV: 2014/30/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | CE | IVDR (EE) 2017/746 LVD: 2014/35/EE EMC: 2014/30/EE Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου RoHS: 2011/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | |
| | Ort: 78564 Wehingen, Deutschland | | Ausgestellt: 2024-09-12 | | Gültig bis: 2025-12-31 | Τόπος: 78564 Wehingen, Γερμανία | |

| Dichiarazione di conformità UE | | it | | EL vastavusdeklaratsioon | | et | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Tipo: | Centrifuga da laboratorio con accessori HERMLE; secondo IVDR - classe di prodotto "A" Modelli Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | | Tüüp: | HERMLE laboritsentrifugis Tarvikud komplektis; vastavalt IVDR-le - tooteklass "A" Mudelid Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | |
| Produttore: | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Germania SRN: DE-MF-000024779 | | | Tootja: | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Saksamaa SRN: DE-MF-000024779 | | |
| Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alle seguenti legislazioni e norme o documenti normativi di armonizzazione dell'Unione: | | | | Käesolev vastavusdeklaratsioon väljastatakse tootja ainuiskuslikel vastustel. Eespool kirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas järgmiste liidu ühtustamisõigusaktide ja -standarditega või tehniliste normdokumentidega: | | | |
| Marchio | Normativa di armonizzazione | Standard armonizzati / Documenti normativi | | Tähis | Ühtlustamist käsitlevad õigusaktid | Ühtlustatud standardid / Normatiivdokumendid | |
| CE | IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | CE | IVDR (EL) 2017/746 LVD: 2014/35/EL EMC: 2014/30/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EL RoHS: 2011/65/EL, (EL) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | |
| | Luogo: 78564 Wehingen, Germania | | Data di rilascio: 2024-09-12 | | Valido fino al: 2025-12-31 | Koht: 78564 Wehingen, Saksamaa | |

| Декларация за съответствие на ЕС | | bg | | EU-n vaatimustenmukaisuusvakuutus | | fi | |
|--|---|---|-------------------------|--|--|---|--|
| Тип: | Лабораторна центрофуга Включени аксесоари HERMLE; съгласно IVDR - продуктово клас "А" Модела Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | | Tyyppi: | HERMLE laboratoriosentrifugi; IVDR:n mukaan - tuoteluokka "A" Mukana tulevat lisävarusteet Mallit Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 | | |
| Производител: | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Германия URN: DE-MF-000024779 | | | Valmistaja: | HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Saksaa SRN: DE-MF-000024779 | | |
| Настоящата декларация за съответствие е издадена на пълната отговорност на производителя. Предметът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие със следните законодателства и стандарти на Съюза за хармонизация или нормативни документи: | | | | Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu ainoastaan valmistajan vastuulla. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on seuraavien unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöjen ja -standardien tai ohjeellisten asiakirjojen vaatimusten mukainen: | | | |
| Маркировка | Законодателство за хармонизация | Хармонизирани стандарти / Нормативни документи | | Merkintä | Yhdenmukaistamista koskeva lainsäädäntö | Yhdenmukaistetut standardit / Ohjeelliset asiakirjat | |
| CE | IVDR (EC) 2017/746 LVD: 2014/35/EC EMC: 2014/30/EU Директива 2006/42/EO на Европейския парламент и на Съвета RoHS: 2011/65/EC, (EC) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | CE | IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | |
| | Място: 78564 Wehingen, Германия | | Издадено на: 2024-09-12 | | Валидно до: 2025-12-31 | Paikka: 78564 Wehingen, Saksa | |

| EU Izjava o sukladnosti | | | EU-conformiteitsverklaring | | |
|---|--|---|--|---|---|
| Vrsta: HERMLE laboratorijska centrifuga s dodatnom opremom; prema IVDR - klasi proizvoda "A" Modeli Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Proizvođač: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Njemačka DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | | Type: HERMLE-laboratoriumcentrifuge met toebehoren; volgens IVDR - productklasse "A" Modellen Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Fabrikant: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Duitsland SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | |
| Ova deklaracija o sukladnosti izdaje se pod punom odgovornosti proizvođača. Predmet gore opisanu izjave u skladu je sa sljedećim zakonodavstvima i normama Unije o usklađivanju ili normativnim dokumentima: | | | Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de volgende harmonisatiewetgevingen en -normen van de Unie of normatieve documenten: | | |
| Oznaka | Zakonodavstvo o usklađivanju | Usuglašeni standardi / Normativni dokumenti | Markering | Harmonisatie wetgeving | Geharmoniseerde normen / Normatieve documenten |
| | IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta RoHS: 2011/65/EU, (UE) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 |
| Mjesto: 78564 Wehingen, Njemačka | | | Izdano: 2024-09-12 Vrijedi do: 2025-12-31 | | |
| | | | Plaats: 78564 Wehingen, Duitsland | | |
| | | | Afgegeven: 2024-09-12 Geldig tot: 2025-12-31 | | |

| EU megfeleléségi nyilatkozat | | | EU-samsvarserklæring | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Tipus: HERMLE laboratóriumi centrifugák tartozékokkal; az IVDR szerint - "A" Modellek Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Gyártó: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Németország DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | | Type: HERMLE laboratorieresentrifuge med tilbehør; i henhold til IVDR - produktklasse "A" Modeller Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Produsent: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Tyskland DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | |
| Ezen megfeleléségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelőssége mellett történik. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel az alábbi uniós harmonizációs jogszabályoknak és szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak: | | | Denne samsvarserklæringen er udstedt under eget ansvar av produsenten. Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med følgende unionsharmoniseringslovgivning og - standarder eller normative dokumenter: | | |
| Jelölés | Harmonizációs jogszabályok | Harmonizált szabványok / Normatív dokumentumok | Merkning | Harmoniseringslovgivning | Harmoniserede standarder / Normative dokumenter |
| | IVDR (EC) 2017/746 LVD: 2014/35/EC EMC: 2014/30/EC Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve RoHS: 2011/65/EC, (EC) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 |
| Hely: 78564 Wehingen, Németország | | | Kiadva: 2024-09-12 Érvényes: 2025-12-31 | | |
| | | | Stede: 78564 Wehingen, Tyskland | | |
| | | | Utgitt: 2024-09-12 Gyldig til: 2025-12-31 | | |

| ES atitikties deklaracija | | | UE Deklaracja Zgodności | | |
|--|---|---|---|--|---|
| Tipas: HERMLE laboratorine centrifuga con accesorii; pagal IVDR - "A" produkto klasė Modeliai Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Gamintojas: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Vokietija DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | | Typ: Wirówka laboratoryjna z akcesoriami HERMLE; zgodnie z IVDR - klasa produktu "A" Modele Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Producent: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Niemcy SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | |
| Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo išimtinė atsakomybe. Pirmiau aprašytas deklaracijos objekto atitinka šiuos derinamuosius Sąjungos teisės aktus ir standartus arba norminius dokumentus: | | | Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Przedmiot opisanej powyżej deklaracji jest zgodny z następującymi unijnymi przepisami i normami harmonizacyjnymi lub dokumentami normatywnymi: | | |
| Ženklas | Derinamieji teisės aktai | Darnieji standartai / Normatyviniai dokumentai | Oznaczenie | Prawodawstwo harmonizacyjne | Zharmonizowane normy / Dokumenty normalywne |
| | IVDR (ES) 2017/746 LVD: 2014/35/ES EMC: 2014/30/ES Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/EU Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europiejskiego i Rady RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 |
| Vieta: 78564 Wehingen, Vokietija | | | Išduotas: 2024-09-12 Galioja iki: 2025-12-31 | | |
| | | | Miejsce: 78564 Wehingen, Niemcy | | |
| | | | Wydano: 2024-09-12 Ważne do: 2025-12-31 | | |

| ES Atbilstības deklarācija | | | Declaração de Conformidade UE | | |
|--|---|---|--|--|---|
| Veids: HERMLE laboratorijas centrifūga ar piederumiem; saskaņā ar IVDR - produktu klase "A" Modeļi Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Ražotājs: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Vācija DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | | Typo: Centrifugadora laboratorial com acessórios HERMLE; de acordo com o IVDR - classe de produto "A" Modelos Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Fabricante: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Alemanha SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | |
| Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst šādiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: | | | Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante. O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com as seguintes legislações e normas de harmonização da União ou documentos normativos: | | |
| Marķēšana | Saskaņošanas tiesību akti | Saskaņotie standarti / Normatīvie dokumenti | Marcação | Legislação de harmonização | Normas harmonizadas / Documentos normativos |
| | IVDR (ES) 2017/746 LVD: 2014/35/ES EMC: 2014/30/ES Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/ES RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 |
| Vieta: 78564 Wehingen, Vācija | | | Izdota: 2024-09-12 Derīgs līdz: 2025-12-31 | | |
| | | | Local: 78564 Wehingen, Alemanha | | |
| | | | Data: 2024-09-12 Válido até: 2025-12-31 | | |

| Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE | | | Declarația UE de conformitate | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Tip: Centrifuga tal-laboratorju" bl-aċċessorji HERMLE; skont l-IVDR - klasi tal-prodott "A" Mudelli Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Manifattur: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Il-Ġermanja DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | | Tip: Centrifuga de laborator cu accesorii HERMLE; în conformitate cu IVDR - clasa de produse "A" Modele Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Producător: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Germania SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW | | |
| L-ghan tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq huwa konformi mal-legiżlazzjonijiet u l-istandards ta' armonizzazzjoni tal- Unjoni jew id-dokumenti normattivi li ġejjin: | | | Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de conformitate revine exclusiv producătorului. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu următoarele legislații și standarde de armonizare ale Uniunii sau cu documente normative: | | |
| Markar | Legiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni | Standards armonizzati / Dokumenti normativi | Marcaj | Legislația de armonizare | Standarde armonizate / Documente normative |
| | IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Directiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropeu u tal-Kunsill RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | | IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 |
| Post: 78564 Wehingen, Il-Ġermanja | | | Mahruj: 2024-09-12 Validu sa: 2025-12-31 | | |
| | | | Locul: 78564 Wehingen, Germania | | |
| | | | Emis la: 2024-09-12 Valabil până la: 2025-12-31 | | |

| EÚ Vyhlásenie o zhode | | sk | EU-försäkran om överensstämmelse | | sv |
|--|---|---|--|--|---|
| Typ: Laboratórna odstredivka s prislúšenstvom, HERMLE; podľa IVDR - trieda výrobkov "A" Modely Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Výrobca: HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Nemecko SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW Za toto vyhlásenie o zhode nesie zodpovednosť iba výrobca. Predmet vyhlásenia opísaný vyššie je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami a normami alebo uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s týmito harmonizačnými právnymi predpismi a normami Únie alebo normatívnymi dokumentmi: | | | Typ: HERMLE laboratoriecentrifug med tillbehör; enligt IVDR - produktklass "A" Modeller Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Tillverkare: HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Tyskland SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. Föremålet för den försäkran som beskrivs ovan är i överensstämmelse med följande harmoniseringslagstiftning och harmoniseringsstandarder eller normerande dokument: | | |
| Značka | Harmonizačné právne predpisy | Harmonizované normy / Normatívne dokumenty | Märkning | Harmonisering av lagstiftningen | Harmoniserade standarder / Normativa dokument |
| CE | IVDR (EÚ) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/EU RoHS: 2011/65/EU, (EÚ) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | CE | IVDR (EÚ) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EU RoHS: 2011/65/EU, (EÚ) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 |
| Miesto: 78564 Wehingen, Nemecko Vydané: 2024-09-12 Platné do: 2025-12-31 | | | Plats: 78564 Wehingen, Tyskland Utgiven: 2024-09-12 Giltigt t.o.m.: 2025-12-31 | | |

| Izjava EU o skladnosti | | si | Declaración de conformidad UE | | es |
|---|--|---|---|--|---|
| Tip: HERMLE laboratorijska centrifuga z dodatki; v skladu z IVDR - razred proizvodov "A" Modeli Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Proizvajalec: HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Nemčija SRN: DE-MF-000024779 Basis UDI-DI: 4262380371AB11ABJW Proizvajalec je izključno odgovoren za izdajo izjave o skladnosti. Vsebinska zgoraj opisane izjave je v skladu z naslednjo harmonizacijsko zakonodajo Unije in standardi ali normatívnimi dokumenti: | | | Tipo: Centrifuga de laboratorio HERMLE con accesorios; según IVDR - clase de producto "A". Modelos Z207MK, Z216MK, Z327K, Z366K, Z446K, ZK496, Z32HK, Z36HK Fabricante: HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Alemania SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371BA11AAJW El fabricante es el único responsable de la emisión de la declaración de conformidad. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión y las normas o documentos normativos siguientes: | | |
| Označevanje | Usklajevanje zakonodaje | Usklajeni standardi/predpisi | Marcado | Armonización de la legislación | Normas y reglamentos armonizados |
| CE | IVDR (EÚ) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Direktiva 2006/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta RoHS: 2011/65/EU, (EÚ) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 | CE | IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Directiva sobre máquinas 2006/42/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863 | EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018 |
| Kraj: 78564 Wehingen, Nemčija Datum: 2024-09-12 Velja do: 2025-12-31 | | | Lugar: 78564 Wehingen, Alemania Publicado: 2024-09-12 Válido hasta: 2025-12-31 | | |

In case of translation errors, the English version of the EU Declaration of Conformity should be taken as the official version.

Weiwei Flaig

Marco Sachße

Head of Hermle

Head of QM & Compliance

Hermle Labortechnik GmbH

Hermle Labortechnik GmbH